

Anbefalinger vedr. rengøring og desinfektion af forstøvere i eget hjem

Til patienter og pårørende

Anbefalinger vedr. rengøring og desinfektion af SideStream medicinforstøvere og Innospire Elegance forstøverapparat (kompressor) i eget hjem

Generelt

Medicinforstøver håndteres rent

Håndhygiejne (håndvask evt. efterfulgt af hånddesinfektion) udføres før og efter håndtering af medicinforstøver

Der skal anvendes steril væske til forstøvning og tilsætning af væske skal ske uden forurening

Alt udstyr opbevares rent og tørt imellem brug

Medicinforstøver

Efter hver brug:

- Slangen frakobles medicinforstøveren
- Koppen skilles fra medicinforstøveren
- Koppen tømmes for evt. medicinrester og skylles efterfølgende med sterilt vand (alternativt rent kogt vand)
- Koppen aftørres med rent papir (f.eks. køkkenrulle).

En gang ugentligt:

- Slangen frakobles medicinforstøveren
- Delene skilles ad, koppen tømmes for evt. medicinrester og alle delene vaskes i varmt vand med mildt opvaskemiddel
- Delene skylles i rindende kold vand
- Delene lægges i en gryde med rent vand og koges i 10 minutter
- Delene tages op og lufttørres.

Udstyr til vask og kogning bør være dedikeret til formålet.

Patienter, som anvender forstøveren mere end to gange dagligt, skal udføre kogning to gange ugentligt.

Forstøverapparat (kompressor)

En gang ugentligt eller efter behov, skal maskinens udvendige dele (vandrette flade, frontpanel, betjeningsskruer) tørres af med en opvredet sæbeklud.

Infektionshygiejnisk Enhed SVS, juni 2017