

Phillips Respironics forstøverapparat

Til patienter og pårørende

Phillips Respironics forstøverapparat (Nebulizer compressor system)

Forstøver apparatet benyttes til forskellige former for medicin, som du skal inhalere i dine lunger. Medicinvalget er forskellig fra person til person.

Når maskinen er udleveret fra Lunge Ambulatorium, er det din egen maskine. Der vil ikke blive foretaget kontrol på maskinen.

Det er dit eget ansvar at følge rengøringsvejledningerne, filterskift og remedieskift.

Den daglige og ugentlige rengøring

Se anbefalinger for rengøring i "Anbefalinger vedr. rengøring og desinfektion af SideStream medicinforstøvere og InnoSpire Elegance forstøverapparat (kompressor) i eget hjem".

Filterskift

Foretages hver 3 mdr. eller ved synlig snavs.

En gang om året

Slange, maske og mundstykke skiftes, du skal henvende dig til udleveringsstedet.

Kontakt

Hvis du i dit forløb mangler remedier eller har spørgsmål, kan du til en hver lejlighed kontakte

Lunge Ambulatorium, Esbjerg på telefon 7918 2671

Lunge Ambulatorium, Grindsted på telefon 7918 9301

Læs mere om Phillips Respironics InnoSpire her